

ИЭ-02, 1 класс, без журнала



Цена:

По запросу

Под заказ 3-5 дней

Срочная доставка

Производитель: Название производителя

Описание

Для визуального отличия упаковок, прошедших стерилизацию, от нестерилизованных. 500 штук.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 1 (индикаторы процесса) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- применимы при всех разрешённых в РФ режимах воздушной стерилизации;
- после выдержки в режимах воздушной стерилизации цвет индикаторной метки необратимо переходит в любой оттенок коричневого;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности - 24 месяца.

Регистрационное удостоверение ФСР 2009/05019 от 18.03.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01030. Срок действия до 25.11.2014 г.

