ИНТЕСТ-ПФ-Н1



Цена:	Фасовка:	Упаковка:
По запросу	500 шт. Да	**шт**

Производитель: Название производителя

Описание

Индикатор для визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации

Индикаторы ИНТЕСТ-ПФ-Н1/Н2/Н3 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах по ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285-95) и EN 13060-2011.

Характеристики продукта:
- относятся к классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;

- гарантийный срок годности – 36 месяцев.

Применяются в следующих стерилизационных циклах:

Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/давление пара, Мпа)	Контрольные значения (температура, °С/время, мин)
121+3/20+3/0.11+ 0.02	121/20
134+3/4+0.5/0.21+0.03	134/4

Регистрационные удостоверения ФСР 2010/07410, ФСР 2010/07411, ФСР 2010/07412 от 06.03.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01397. Срок действия до 25.11.2014 г.