


# ИНТЕСТ-ПФ-В



Цена:

По запросу

Под заказ 3-5 дней

Срочная доставка

Производитель: Название производителя

## Описание

Индикатор визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации. 500 штук.

Индикаторы ИНТЕСТ-ПФ-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах по ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285-95) и EN 13060-2011.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются внутри стерилизуемых изделий и упаковок;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности – 36 месяцев.

Применяются в следующих циклах стерилизации медицинских изделий:

Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/давление пара, МПа)	Контрольные значения (температура, °С/время, мин)
121+3/все циклы/0,11+0,02	121/15
134+3/все циклы/0,21+0,03	134/3

Регистрационное удостоверение ФСР 2010/07409 от 06.03.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01397. Срок действия до 25.11.2014 г.