

СанИС-2-120/120

	Цена:		
	По запросу		
☒ Под заказ 3-5 дней			
☒ Срочная доставка			
Производитель: Название производителя			

Описание

Индикаторы оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки.

Индикаторы СанИС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.

500 штук.

Характеристики продукта:

- соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются как в камере паровых стерилизаторов, так и внутри упаковок, бачков и биксов;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и

хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;

- гарантийный срок годности – 24 месяца.

Регистрационное удостоверение ФСР 2009/4791, ФСР2009/04792 от 18.03.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия №РОСС RU.ИМ28.Н01413. Срок действия до 31.05.2014 г.

Применяются в следующих стерилизационных циклах:

Наименование индикатора	Контрольные значения (температура °С /время, мин/давление пара, МПа)
СанИС-2	120+2/ 120+5/0,11+0,02