СтериТЕСТ-П-132/20-02

Цена:	Фасовка:	Упаковка:
По запросу	500 шт. Да	шт

Под заказ 3-5 дней

Срочная доставка

Производитель: Название производителя

Описание

Индикаторы для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации.

Индикаторы СтериТЕСТ-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, внутри стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями при их стерилизации в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом продувки паром.

Характеристики продукта:
• относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
• помещаются внутри стерилизуемых изделий, упаковок, коробок, укладок;
• чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
• индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
• гарантийный срок годности – 36 месяцев.

Применяются в следующих циклах стерилизации:

Наименование индикатора	Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/давление пара, Мпа)	Контрольные значения (температура, °С/время, мин)
СтериТЕСТ-П-132/20	132 ± 2/20+2/0.20±0.02	130/7

Регистрационное удостоверение РЗН 2013/40 от 08.02.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01349. Срок действия до 25.11.2014 г.