Тест-пакет



Цена:

По запросу

Под заказ 3-5 дней

Срочная доставка

Производитель: Название производителя

Описание

Тест-пакет для периодического испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаления воздуха.

Тест-пакет "Бови-Дик-ВИНАР" предназначен для периодического испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаления воздуха из стерилизационной камеры.

Тест-пакет представляет собой обёрнутый в упаковочную бумагу многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре. Используется в тестовом Бови-Дик цикле - «134 °С, 3,5 минуты».

Характеристики продукта:

- Индикатор 2 класса (для специальных испытаний) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- Соответствует требованиям ГОСТ ISO 11140-4-2011 и ISO 11140-5-2011;
- Результат теста легко интерпретируется;
- Липкий слой на индикаторном листе облегчает документирование;
- Чёткий цветовой переход от начального серо-голубого к конечному розово-фиолетовому;
- На внешней обёртке имеется индикатор 1 класса, который отличает использованные тест-пакеты от неиспользованных;

- Нетоксичен, не содержит соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяет вредных и токсичных компонентов;
- Гарантийный срок годности – 36 месяцев.

Применение тест-пакета "Бови-Дик-ВИНАР" позволяет своевременно выявлять причины неудовлетворительного удаления воздуха из стерилизационной камеры: негерметичность стерилизационной камеры, неисправность насоса, неисправность клапанов.

Тест-пакеты "Бови-Дик-ВИНАР" поставляются в комплектах по 6 шт.

Регистрационное удостоверение РЗН 2013/43 от 08.02.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01415. Срок действия до 31.05.2014 г.