

# ИНТЕСТ-П-126/10-02



Цена:

По запросу

Фасовка:

Да

Упаковка:

**ШТ**

Под заказ 3-5 дней

Срочная доставка

Производитель: Название производителя

## Описание

Индикатор визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации.

Индикаторы ИНТЕСТ-П предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из стерилизационной камеры методом многоступенчатого вакуумирования.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий и внутри стерилизуемых изделий и упаковок;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности – 36 месяцев.

Применяются в следующих циклах стерилизации:

Режим паровой стерилизации (температура, °С /время, мин/давление пара, Мпа)	Контрольные значения (температура, °С/время, мин)
126+3/10+1/0,14+0.02	126/10

Регистрационное удостоверение РЗН 2013/39 от 08.02.2013 г. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01347. Срок действия до 25.11.2014 г.