

МедИС-В-160/150-1



Цена:

По запросу

Фасовка:

Да

Упаковка:

1 упак.

☒ Под заказ 1-2 недели

 Доставка 1-2 дня

Производитель: Название производителя

Описание

Индикатор температуры и времени выдержки в стерилизаторе

Индикаторы МедИС-В предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных воздушной стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки – в камере воздушных стерилизаторов с предельным отклонением температуры $\pm 3^{\circ}\text{C}$.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;
- чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности - 24 месяца.

Регистрационные удостоверения ФСП 2009/04944, ФСП 2009/05017 от 06.03.2013. Срок действия: не ограничен.

Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ28.Н01345. Срок действия до 27.09.2014 г.

Применяются в следующих режимах:

Наименование индикатора	Режим воздушной стерилизации (температура, °C /время, мин)	Контрольные значения (температура, °C/время, мин)
МедИС-В-160/150	160 ± 3/150+5	160/150